



(1) **Dodatek č. 3 k Certifikátu o přezkoušení typu**

(2) Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Číslo certifikátu o přezkoušení typu:

FTZÚ 05 ATEX 0083X

(4) Zařízení: **Indukční snímač průtoku Ex910**

(5) Výrobce: **MEATEST spol. s r.o.**

(6) Adresa: **Železná 509/3, 619 00 Brno, Česká republika**

(7) Dodatek k certifikátu platí pro:

- modifikaci certifikovaného výrobku
- změna značení výrobku
- posouzení podle nových norem
- prodloužení platnosti certifikátu

(8) Modifikace certifikovaného zařízení a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v dokumentaci, jejíž seznam je uveden v tomto certifikátu.

(9) Tento doplněk certifikátu typu platí pouze pro typové přezkoušení koncepce a konstrukce vzorku výrobku podle směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato směrnice uvádí další požadavky, které musí splňovat výrobce nebo které musí být splněny před uvedením výrobku na trh nebo do provozu.

(10) Bezpečnost modifikovaných částí byla ověřena podle norem:


ČSN EN 60079-0:2013; ČSN EN 60079-15:2010

(11) Označení zařízení konstruovaného podle tohoto doplňku musí obsahovat tyto symboly.

 **II 3G Ex nA IIC T5/T6 Gc**

(12) Platnost certifikátu s tímto dodatkem je do: **01.07.2020**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 01.07.2015

Strana: 1/2